

HF-OCT イメージングシステムレンタル

仕様書

公立大学法人和歌山県立医科大学

1 調達物品の構成内容と必要な仕様

名称：HF-OCT イメージングシステムレンタル

(内訳)

数量

1 HF-OCT イメージングシステム

一式

2 その他の必要条件

1 障害支援体制

2 設置条件

3 その他

1 調達物品の構成内容と必要な仕様

1-1 HF-OCT イメージングシステム

- 1-1-1 血管内断層像を取得するための装置であること。
- 1-1-2 専用の滅菌済みカテーテル (Vis-Rx イメージングカテーテル) を接続して使用すること。
- 1-1-3 光源から近赤外線を放出し、Vis-Rx イメージングカテーテルを介して血管壁に照射し、その反射信号をデジタル化することで血管内断層像を取得することができること。
- 1-1-4 取得画像から血管径、血管断面積、2点間の距離の計測を行うことができること。

2 その他の必要条件

2-1 障害支援体制

- 2-1-1 納入物品に障害が生じた場合、復旧のための迅速な対応が行えること。
- 2-1-2 障害時対応として、修理部品が用意されていること。
- 2-1-3 サービスエンジニア体制が整っていること。

2-2 設置条件

- 2-2-1 納入期限は、令和6年4月30日(火)とすること。
ただし、納入日時は、担当者の指示に従うこと。
- 2-2-2 賃貸借期間は、令和6年5月1日～令和7年3月31日までとする。
- 2-2-3 納入場所は、和歌山県立医科大学附属病院2階中央放射線部カテーテル室とすること。
- 2-2-4 指定納入場所への設置に関する調整、既存機器との接続の作業及び稼働にあたり必要な物品の調達は、全て契約金額内で行うこと。

2-3 その他

- 2-3-1 日本語の取扱説明書を提供すること。
- 2-3-2 納入物品の管理・使用者に対し、操作に必要な取扱説明、教育訓練及び支援等を行うこと。
- 2-3-4 適合参考物品
 - ・ 1-1 HF-OCT イメージングシステム
品名：HF-OCT イメージングシステム

メーカー：ニプロ株式会社

2-3-5 同等品は、可とする。

ただし、適合参考物品以外で応札する場合は、令和6年3月28日（木）までに事務局研究推進課あて同等品であることを証明する書類（カタログ等を含む）を提出し、規格等の各項目についてその性能・機能、仕様書との相違点等を十分明らかにすること。令和6年4月5日（金）までに、事務局研究推進課から同等品としての承認又は不承認の回答をする。

2-3-6 仕様書に関する質問がある場合は、令和6年3月18日（月）までに下記へ書面により行うこと

公立大学法人和歌山県立医科大学事務局研究推進課

（担当：原口）

〒641-8509

和歌山市紀三井寺811-1

T E L 073-441-0844（直通）/FAX 073-441-0713